

Утверждаю

Руководитель Испытательной Лаборатории

ООО «НПО «ЛАЛ-Центр»



Демидова В.В.

30.08.2019 г.

Требования к образцам, сопроводительной документации для отработки методики подготовки медицинского изделия для определения бактериальных эндотоксинов

Требования к образцам

Для проведения данной работы предоставляются образцы в количестве 1 или более единиц.

Образцы в виде готовых изделий в первичной упаковке.

Порошки, субстанции, растворы, гели поставляются в герметичной таре, не содержащей бактериальных эндотоксинов.

Для порошков и субстанций необходима навеска не менее 50 мг.

Для растворов достаточным является объем равный 1-5 мл.

Образцы должны быть промаркированы.

Сопроводительная документация

Заявка на проведение работ, которую заказчик заполняет и направляет в электронном виде на e-mail: analiz@limulustest.ru

Порядок приема и регистрации образцов

Если при приемке образцов на анализ обнаруживается несовпадение/отсутствие данных в заявке и в маркировке образца лаборатория оперативно связывается с Заказчиком/контактным лицом для выяснения всех вопросов. До устранения несоответствий работа по анализу образца не начинается.

Лаборатория принимает образцы и сопроводительную документацию в рабочие дни с 11:00 часов до 18:00 по адресу: Нагатинская улица, дом 3А.