



Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, За., стр 5
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

Паспорт № 15 - В

24.07.2024

Наименование изделия медицинского назначения:

Комплект изделий вспомогательных для проведения ЛАЛ-теста "Пиротест"

Вода для ЛАЛ-теста "Пиротест" 50 мл/флак

Номер серии: 15072024

Дата изготовления: 24.07.2024

Количество флаконов: 84 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

| Наименование показателя | Нормативные характеристики | Результаты анализа |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл | Менее 0,005 ЕЭ/мл | Соответствует |
| Комплектность, маркировка, упаковка | Должны соответствовать требованиям ТУ | Соответствует |

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности: 4 года с даты изготовления.