



Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, За., стр 5
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

Паспорт № 39 - В

13.12.2024

Наименование изделия **Вода для ЛАЛ-теста "Пиротест" 100 мл/флак**

Номер серии: 39122024

Дата изготовления: 13.12.2024

Единица учета: флакон 100 мл

Количество: 192 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид:	Пластиковые флаконы вместимостью 125 мл с навинчиваемой крышкой	Соответствует
Содержание бактериальных эндотоксинов:	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Соответствует
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствует

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Условия хранения: Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C.

Срок годности: 4 года с даты изготовления.