



Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, За., стр 5
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

Паспорт № 26 - В

09.10.2024

Наименование изделия медицинского назначения:

Комплект изделий вспомогательных для проведения ЛАЛ-теста "Пиротест"

Вода для ЛАЛ-теста "Пиротест" 50 мл/флак

Номер серии: 26102024

Дата изготовления: 09.10.2024

Количество флаконов: 276 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

**Наименование
показателя**

**Нормативные
характеристики**

**Результаты
анализа**

Содержание бактериальных
эндотоксинов, ЕЭ/мл

Менее 0,005
ЕЭ/мл

Соответствует

Комплектность,
маркировка, упаковка

Должны
соответствовать
требованиям ТУ

Соответствует

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности: 4 года с даты изготовления.