



Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"  
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001  
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, За., стр 5  
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32  
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

**Паспорт № 14 - В**

28.06.2024

Наименование изделия медицинского назначения:

Комплект изделий вспомогательных для проведения ЛАЛ-теста "Пиротест"

**Вода для ЛАЛ-теста "Пиротест" 500 мл/флак**

Номер серии: 14062024

Дата изготовления: 28.06.2024

Количество флаконов: 30 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

**Наименование  
показателя**

**Нормативные  
характеристики**

**Результаты  
анализа**

Содержание бактериальных  
эндотоксинов, ЕЭ/мл

Менее 0,005  
ЕЭ/мл

Соответствует

Комплектность,  
маркировка, упаковка

Должны  
соответствовать  
требованиям ТУ

Соответствует

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности: 4 года с даты изготовления.