Общество с Ограниченой Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, 3а., стр 5
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

Паспорт № 15

26.09.2023

Наименование изделия медицинского назначения:

Комплект изделий вспомогательных для проведения ЛАЛ-теста "Пиротест"

Пробирки "Пиротест" 10х75 мм

Номер серии: 15092023

Дата изготовления: 26.09.2023

Количество упаковок: 1000 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механичесих включений	Соответствует
Геометрические параметры: диаметр Ø х высота h, мм	10±0,6 х 75±0,9 мм	Соответствует
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Соответствует
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствует

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°С

Срок годности не ограничен при условии соблюдения целостности упаковки.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Организация: ООО «НПО «ЛАЛ-Центр» ИНН 7724757341
ФИО: Стрельникова Лариса Ивановна
Должность: Заведующий производством
№ Сертификата: 3C73C982000100046C56
Действителен: с 20.03.2023 по 20.03.2024