



ООО «Научно-производственное объединение «ЛАЛ-Центр»
ОГРН 1107746646534 / ИНН 7724757341, КПП 772401001
РФ 117105, г. Москва, Нагатинская ул, д. 3А, стр. 5
Тел: +7(495) 517-40-37 / +7(495) 380-04-32 / E-mail: Lalnews@limulustest.ru

Паспорт № 1-Б

09.01.2023

Буферный раствор Трис HCL 0,1М (трис (гидроксиметил) аминотан) для ЛАЛ-теста, 30 мл

Номер серии: 01102022

Дата изготовления: 12.10.2022

Количество флаконов: 25 шт.

Испытания проведены по НД: ТУ 20.59.52-004-67968998-2021

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Значение рН	7.2 – 7.4	Соответствует
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать ТУ	Соответствует

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре от +2 до +30°C

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.