



Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, 3а, стр 5
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

Паспорт № 15 - П

03.09.2026

Наименование изделия **Пробирки "Пиротест" 10x75 мм**

Номер серии: 15082026

Дата изготовления: 03.09.2026

Единица учета: упаковка 50 пробирок 10x75 мм

Количество: 1000 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид:	Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений в упаковке из алюминиевой фольги по 50 шт	Соответствует
Содержание бактериальных эндотоксинов:	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Соответствует
Комплектность, маркировка, упаковка:	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствует

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Условия хранения: Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C.

Срок годности: не ограничен при условии соблюдения целостности упаковки.