



Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, За., стр 5
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

Паспорт № 8 - В

27.03.2020

Наименование изделия медицинского назначения:

Комплект изделий вспомогательных для проведения ЛАЛ-теста "Пиротест"

ВОДА ДЛЯ ЛАЛ-теста "Пиротест" 50 мл

Номер серии: 08032020

Дата изготовления: 27.03.2020

Количество флаконов: 180 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности: 4 года с даты изготовления.

Заведующий производством



Стрельникова Л. И.