

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРОБИРКИ ДЛЯ ЛАЛ-ТЕСТА «ПИРОТЕСТ»

Пробирки используются для подготовки и проведения анализа «Бактериальные эндотоксины» с помощью ЛАЛ-теста.

Пробирки «Пиротест» являются депирогенизированными и содержат бактериальные эндотоксины в количестве менее 0,005 ЕЭ/мл.

В пробирках 12x75 мм и 13x100 мм проводят разведения стандарта эндотоксина и испытуемого препарата.

В пробирках 8x75 мм и 10x75 мм выполняют тест. Пробирки 8x75 мм и 10x75 мм являются одноразовыми, повторное их использование недопустимо. В противном случае, результаты теста могут быть неадекватными.

Пробирки выпускаются в упаковке по 30 шт., 40 шт. и 50 шт.

Срок годности пробирок не ограничен при условии соблюдения целостности упаковки.

Хранение при температуре 2-30°C.

ООО "НПО "ЛАЛ-ЦЕНТР"
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3а.
Тел.: (495) 517-40-37, т./ф.: (495) 380-04-32
E-mail: Lalnews@limulustest.ru