



Общество с Ограниченной Ответственностью «НПО «ЛАЛ-ЦЕНТР»
ОКПО 67968998, ОКВЭД 73.10, ИНН 77247557341, КПП 772401001
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, За., стр 5
Тел: +7(495) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

02.03.2017

Паспорт № 13 - В

Наименование изделия медицинского назначения:
КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАЛ-ТЕСТА «ПИРОТЕСТ»

ВОДА ДЛЯ ЛАЛ-ТЕСТА «ПИРОТЕСТ»

Номер серии: 13032017

Дата изготовления: 02.03.2017

Количество флаконов: 24 шт

Срок годности: 4 года с даты изготовления.
Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

Наименование показателя	Характеристика и значение	Результаты анализа
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Удовлетворяет требованиям ТУ.

Заведующий производством



Стрельникова Л.И.