



Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"  
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001  
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, 3а, стр 5  
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32  
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

**Паспорт № 11 - П**

**23.06.2026**

Наименование изделия **Пробирки "Пиротест" 13x100 мм**

Номер серии: 11062026

Дата изготовления: 23.06.2026

Единица учета: упаковка 30 пробирок 13x100 мм

Количество: 800 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

| Наименование показателя                | Нормативные характеристики                                                                                                                  | Результаты анализа |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Внешний вид:                           | Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений в упаковке из алюминиевой фольги по 30 шт | Соответствует      |
| Содержание бактериальных эндотоксинов: | Менее 0,005 ЕЭ/мл                                                                                                                           | Соответствует      |
| Комплектность, маркировка, упаковка:   | Должны соответствовать требованиям ТУ                                                                                                       | Соответствует      |

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Условия хранения: Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C.

Срок годности: не ограничен при условии соблюдения целостности упаковки.