



Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, За., стр 5
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

Паспорт № 39

24.12.2019

Наименование изделия медицинского назначения:

Комплект изделий вспомогательных для проведения ЛАЛ-теста "Пиротест"

Пробирки для ЛАЛ-теста "Пиротест"

Номер серии: 39122019

Дата изготовления: 24.12.2019

Количество упаковок: 800 шт

Материал пробирок: Боросиликатное стекло тип I USP

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр Ø x высота h, мм	13±0,6 x 100±0,9 мм	13,3 x 100,1 мм
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Закключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности не ограничен при условии соблюдения целостности упаковки.

Заведующий производством

Стрельникова Л. И.

