



Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"  
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001  
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, За., стр 5  
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32  
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

**Паспорт № 34**

05.09.2019

Наименование изделия медицинского назначения:

Комплект изделий вспомогательных для проведения ЛАЛ-теста "Пиротест"

**Пробирки для ЛАЛ-теста "Пиротест"**

Номер серии: 34092019

Дата изготовления: 05.09.2019

Количество упаковок: 700 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

| Наименование показателя                            | Нормативные характеристики  | Результаты анализа |
|--|---|--------------------|
| Внешний вид  | Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений | Соответствуют      |
| Геометрические параметры: диаметр Ø x высота h, мм | 13±0,6 x 100±0,9 мм   | 13,3 x 100,1 мм    |
| Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл       | Менее 0,005 ЕЭ/мл   | Менее 0,005 ЕЭ/мл  |
| Комплектность, маркировка, упаковка                | Должны соответствовать требованиям ТУ   | Соответствуют      |

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности не ограничен при условии соблюдения целостности упаковки.

Заведующий производством

Стрельникова Л. И.

