

Положительный контроль для ЛАЛ-реактива Endosafe флаконы на одно определение

Каталожный номер PC100

Производитель Charles River Endosafe, США

РУ №ФСЗ 2011/10216 от 28.07.2011

Описание

Очищенный липополисахарид, полученный из штамма E. Coli 055:B5. Представляет собой лиофилизированный порошок белого цвета без запаха. В каждой пробирке содержится ЛАЛ-реактив, лиофилизированный вместе с известным количеством эндотоксина (положительный контроль испытуемого образца). Пробирки с положительным контролем используются для проверки ингибирования реакции и для проверки работоспособности всей системы. Диаметр пробирок 12 мм. Предназначены для использования вместе с ЛАЛ-реактивом Endosafe во флаконах на одно определение. Сопровождается сертификатом анализа производителя, подтверждающим его активность в отношении определенной серии ЛАЛ-реактива.

Характеристики

- Каждый флакон содержит лиофилизированный липополисахарид E.Coli 055:B5 в количестве, достаточном для одного определения.
- Активность стандарта в ЕЭ и правила его разведения указаны в Сертификате Анализа.
- 25 пробирок в упаковке.
- Условия хранения: - при температуре +2 - +25 градусов.
- Срок годности: 3 года с даты изготовления.