

Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, За., стр 5
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

Паспорт № 3 - В

25.01.2022

Наименование изделия медицинского назначения:

Комплект изделий вспомогательных для проведения ЛАЛ-теста "Пиротест"

ВОДА ДЛЯ ЛАЛ-теста "Пиротест"

Номер серии: 03012022

Дата изготовления: 25.01.2022

Количество флаконов: 180 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

**Наименование
показателя**

**Нормативные
характеристики**

**Результаты
анализа**

Содержание бактериальных
эндотоксинов, ЕЭ/мл

Менее 0,005 ЕЭ/мл

Менее 0,005 ЕЭ/мл

Комплектность,
маркировка, упаковка

Должны
соответствовать
требованиям ТУ

Соответствуют

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности: 4 года с даты изготовления.