



Общество с Ограниченной Ответственностью «НПО «ЛАЛ-ЦЕНТР»
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, За., стр 5
Тел: +7(495) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

27.06.2018

Паспорт № 19

Наименование изделия медицинского назначения:
КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАЛ-ТЕСТА «ПИРОТЕСТ»
ПРОБИРКИ ДЛЯ ЛАЛ-ТЕСТА «ПИРОТЕСТ»

Номер серии: 19062018

Дата изготовления: 27.06.2018

Количество упаковок: 1000 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

Наименование показателя	Характеристика и значение	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствует
Геометрические параметры: диаметр \varnothing x высота h, мм	10 \pm 0,6 x 75 \pm 0,9 мм	10,1 x 75,2 мм
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Срок годности не ограничен при условии соблюдения целостности упаковки.
Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C.

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Заведующий производством



Стрельникова Л.И.