

Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"  
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001  
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, За., стр 5  
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32  
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

---

**Паспорт № 34 - В**

19.08.2021

Наименование изделия медицинского назначения:

Комплект изделий вспомогательных для проведения ЛАЛ-теста "Пиротест"

**ВОДА ДЛЯ ЛАЛ-теста "Пиротест"**

Номер серии: 34082021

Дата изготовления: 19.08.2021

Количество флаконов: 192 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

---

**Наименование  
показателя**

**Нормативные  
характеристики**

**Результаты  
анализа**

Содержание бактериальных  
эндотоксинов, ЕЭ/мл

Менее 0,005 ЕЭ/мл

Менее 0,005 ЕЭ/мл

Комплектность,  
маркировка, упаковка

Должны  
соответствовать  
требованиям ТУ

Соответствуют

---

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности: 4 года с даты изготовления.