



Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, За., стр 5
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

Паспорт № 14

19.06.2024

Наименование изделия медицинского назначения:

Комплект изделий вспомогательных для проведения ЛАЛ-теста "Пиротест"

Пробирки "Пиротест" 13x100 мм

Номер серии: 14062024

Дата изготовления: 19.06.2024

Количество упаковок: 800 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

| Наименование показателя | Нормативные характеристики | Результаты анализа |
|--|---|--------------------|
| Внешний вид | Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений | Соответствует |
| Геометрические параметры: диаметр \varnothing x высота h, мм | 13 \pm 0,6 x 100 \pm 0,9 мм | Соответствует |
| Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл | Менее 0,005 ЕЭ/мл | Соответствует |
| Комплектность, маркировка, упаковка | Должны соответствовать требованиям ТУ | Соответствует |

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности не ограничен при условии соблюдения целостности упаковки.