Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, 3а, стр 5
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

Паспорт № 39 - В 30.10.2026

Наименование изделия **Вода для ЛАЛ-теста "Пиротест" 100 мл/флак**

Номер серии: 39102026

Дата изготовления: 30.10.2026

Единица учета: флакон 100 мл

Количество: 156 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

Наименование показателя	**Нормативные характеристики**	**Результаты анализа**
Внешний вид:	Пластиковые флаконы вместимостью 125 мл с навинчиваемой крышкой	Соответствует
Содержание бактериальных эндотоксинов:	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Соответствует
Комплектность, маркировка, упаковка:	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствует

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Условия хранения: Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°С.

Срок годности: 4 года с даты изготовления.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Организация: ООО «НПО «ЛАЛ-Центр» ИНН 7724757341
ФИО: Ситников Александр Георгиевич
Должность: Директор
№ Сертификата: 039b2daa00bab4aa834697a4025a6e33e0
Действителен: с 03.09.2026 по 03.12.2027