



Общество с Ограниченной Ответственностью "НПО "ЛАЛ-Центр"  
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001  
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, 3а, стр 5  
Тел: +7(925) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32  
E-mail: Lalnews@limulustest.ru

**Паспорт № 18 - В**

**04.06.2025**

Наименование изделия **Вода для ЛАЛ-теста "Пиротест" 500 мл/флак**

Номер серии: 18062025

Дата изготовления: 04.06.2025

Единица учета: флакон 500 мл

Количество: 5 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные характеристики</b>	<b>Результаты анализа</b>
Внешний вид:	Пластиковые флаконы вместимостью 500 мл с навинчиваемой крышкой	Соответствует
Содержание бактериальных эндотоксинов:	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Соответствует
Комплектность, маркировка, упаковка:	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствует

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Условия хранения: Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C.

Срок годности: 4 года с даты изготовления.