

## Набор Endosafe Endochrome-K 256 тестов



Каталожный номер R1708K

Производитель Charles River Endosafe, США

РУ ФСЗ 2011/10216 от 28.07.2011

**Описание**

ЛАЛ-реактив предназначен для проведения ЛАЛ-теста кинетическим хромогенным методом (метод D). Чувствительность в кинетическом хромогенном методе определяется выбранным диапазоном калибровочной кривой, максимальная чувствительность равна 0,005 ЕЭ/мл.

Каждой серии ЛАЛ-реактива соответствует серия контрольного стандарта эндотоксина, данное соответствие подтверждается сертификатом анализа, выданным производителем.

Состав набора:

ЛАЛ-реактив Endosafe Endochrome-K – 3,2 мл/флак, 8 флаконов

Контрольный стандарт эндотоксина – 10 нг/флак, 2 флакона

Вода для ЛАЛ-теста – 30 мл/флак, 3 флакона

**Характеристики**

- Максимальная чувствительность реактива - 0,005 ЕЭ/мл.
- Условия хранения: - при температуре +2°C - +8°C.
- Срок годности: 3 года с даты изготовления.