



Общество с Ограниченной Ответственностью «НПО «ЛАЛ-ЦЕНТР»  
ОКПО 67968998, ИНН 77247557341, КПП 772401001  
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, 3а., стр 5  
Тел: +7(495) 517-40-37, Тел/факс: +7(495) 380-04-32  
E-mail: [Lalnews@limulustest.ru](mailto:Lalnews@limulustest.ru)

13.06.2018

## Паспорт № 17

Наименование изделия медицинского назначения:  
КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАЛ-ТЕСТА «ПИРОТЕСТ»

ПРОБИРКИ ДЛЯ ЛАЛ-ТЕСТА «ПИРОТЕСТ»

Номер серии: 17052018

Дата изготовления: 13.06.2018

Количество упаковок: 1000 шт

Испытания проведены по НД: ТУ 9398-001-67968998-2011

| Наименование показателя  | Характеристика и значение   | Результаты анализа |
|--|---|--------------------|
| Внешний вид  | Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений | Соответствует      |
| Геометрические параметры: диаметр $\varnothing$ x высота h, мм | 10 $\pm$ 0,6 x 75 $\pm$ 0,9 мм  | 10,1 x 75,2 мм     |
| Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл                   | Менее 0,005 ЕЭ/мл   | Менее 0,005 ЕЭ/мл  |
| Комплектность, маркировка, упаковка                            | Должны соответствовать требованиям ТУ   | Соответствуют      |

Срок годности не ограничен при условии соблюдения целостности упаковки.  
Хранение в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C.

Заключение: Удовлетворяет требованиям ТУ.

Заведующий производством



Стрельникова Л.И.