

ЛАЛ-реактив Endosafe КТА 5,2 мл/флак, 0,03 ЕЭ/мл

Каталожный номер R15003

Производитель Charles River Endosafe, США

РУ ФСЗ 2011/10216 от 28.07.2011

Описание

Универсальный ЛАЛ-реактив, предназначен для проведения ЛАЛ-теста методом гель-тромб тест и кинетическим турбидиметрическим методом (методы А, В и С).

Чувствительность для гель-тромб теста указана на этикетке флакона. Чувствительность в кинетическом турбидиметрическом методе определяется выбранным диапазоном калибровочной кривой, максимальная чувствительность равна 0,05 ЕЭ/мл.

Каждой серии ЛАЛ-реактива соответствует серия контрольного стандарта эндотоксина, данное соответствие подтверждается сертификатом анализа, выданным производителем.

Характеристики

- Чувствительность реактива - 0,03 ЕЭ/мл
- Форма выпуска - во флаконах вместимостью 10 мл содержится количество ЛАЛ-реактива, необходимое для получения 5,2 мл раствора при разведении
- Условия хранения: - при температуре +2°C - +25°C.
- Срок годности: 3 года с даты изготовления.